INSTRUKCJA

AUTOMATYCZNY, JEDNORAZOWY INIEKTOR DOSZPIKOWY

B.I.G™

DLA DZIECI

CE
0473

ver.29-10-2007r.

MedBon.pl
internetowy sklep medyczny

Krok 1:
Znajdź i zaznacz miejsce penetracji.

Rekomendowane miejsca iniekcji:

- U dzieci poniżej 6 roku życia rekomendowane miejsce znajduje się 1 cm przyśrodkowo i 1 cm dystalnie od guzowatości piszczeli;
- U dzieci między 6 - 12 rokiem życia rekomendowane miejsce znajduje się 1 – 2 cm przyśrodkowo i 1 – 2 cm dystalnie od guzowatości piszczeli;
- Wtórne miejsce znajduje się 1 – 2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej (4 – 5 cm powyżej końca kostki przyśrodkowej);

Krok 2:
Wybierz pożądaną głębokość penetracji przez odkręcenie mankietu z cylindra obudowy.

Krok 3:
Umyj miejsce wkłucia środkiem dezynfekującym.

MedBon.pl
internetowy sklep medyczny

Krok 4:
Przyłóż pistolet do skóry trzymając i dociskając jego przednią część w płaszczyźnie prostopadłej do skóry.

Krok 5:
Wyciągnij zatrzask (zabezpieczenie) przez ściśnięcie jego dwóch części. Uruchom mechanizm przez nacisk tylnej części urządzenia do rączki obudowy.

Krok 6:
Usuń pistolet i usuń mandryn z wnętrza igły. Igła musi pozostać w kości.

Krok 7:
Połącz kaniulę z zasuwką bezpieczeństwa.

Krok 8:
Połącz zestaw do wlewów dożylnych z zaworem zamykającym do standardowych zestawów IV.

WSKAZÓWKI:

- Możesz zaaspirować 2 – 5 ml szpiku kostnego do heparynizowanej strzykawki do badań laboratoryjnych, możesz także podać leki lub płyny.

MedBon.pl
internetowy sklep medyczny

- Dla zmniejszenia odczucia bólu podczas infuzji płynu u przytomnego pacjenta poleca się wykonać wolną infuzję 1% lidokainy stosownie do wagi i wieku.
- Dla utrzymania optymalnego przepływu poleca się utrzymać wysokie ciśnienie do 300 mm Hg na worku z płynem infuzyjnym.

Certyfikat CE dla wszystkich przedziałów wiekowych i miejsc iniekcji.

OSTRZEŻENIE:

Iniektor śródkostny B.I.G powinien być używany przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny.

UWAGA:

Iniektor śródkostny B.I.G przeznaczony jest do jednorazowego użytku.

PRZECIWWSKAZANIA:

Infekcje, zakażenia skóry, guzy i złamania w miejscu iniekcji.

Rysunki przedstawiające urządzenie.

A. Przed użyciem (Zablokowana)

B. Po wykonaniu iniekcji.



Zalecana głębokość penetracji:

Dzieci (czerwona 18G)

	Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej	Powyżej kostki przyśrodkowej
Niemowlęta 0-3 lata	0.5 – 0.7 cm	0.75 – 1.0 cm
Dzieci 3-6 lat	1.0 – 1.5 cm	
Dzieci 6-12 lat	1.5 cm	1.0 cm

Pistolet do iniekcji śródkostnych posiada specjalnie zaprojektowaną igłę, do której można podłączyć standardowy sprzęt do szybkiej infuzji.

Dystrybutor:
MedBon – Sklep Medyczny
M. Grześkowiaka 28/2
62-035 Kórnik
Tel: 883 113 112
Tel: 783 578 128
E-mail: sklep@medbon.pl
FAX: (61) 648 26 10
www.medbon.pl

Warunki udzielonej gwarancji:

1. **Podstawą uznania gwarancji jest zapoznanie się z instrukcją obsługi aparatu/ sprzętu i postępowania zgodnego z zaleceniami producenta.**
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży i wynosi 12 miesięcy.
3. Wady sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela
4. Sprzedany sprzęt nie podlega odpowiedzialności gwarancyjnej gwaranta w przypadku :
   a.) niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez użytkownika, a w szczególności z pominięciem przewidzianych przeglądów konserwacyjnych.
   b.) używanie go niezgodnie z przeznaczeniem, jak i dołączoną instrukcją.
   c.) dokonywanie jakichkolwiek zmian, przeróbek lub napraw, jak i zmian w zewnętrznym wyglądzie sprzętu lub jego numerze seryjnym, przez nieuprawniony do tego podmiot.
   d.) w przypadku uszkodzeń mechanicznych i używania nieoryginalnych części zużywalnych.
   e.) w wyniku innych zdarzeń leżących po stronie użytkownika, a nie w samym sprzęcie.
5. W przypadku stwierdzenia, iż zlecona naprawa nie może zostać potraktowana jako gwarancyjna, koszt ewentualnej naprawy, ponosi w całości zgłaszający.
6. Sprzęt zgłoszony do naprawy gwarancyjnej winien być dostarczany do naprawy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnym wyposażeniem.
7. **Gwarancją nie jest objęta wymiana zużywalnych części na nowe, wynikająca z normalnej eksploatacji sprzętu oraz okresowe regulacje konserwacyjne.**
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia zgłoszenia sprzętu do naprawy do dnia dostarczenia sprzętu do użytkownika.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jak i utraconą korzyść w okresie dokonywania naprawy.
10. W zakresie sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami uprawnienia wynikające z rękojmi, podlegają wyłączeniu.
11. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, a w przypadku jakichkolwiek sporów sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia, będzie sąd właściwy dla gwaranta.
12. Kupujący przyjmując gwarancję oświadcza, że zapoznał się ze sprzętem i warunkami udzielonej gwarancji.
13. **Przeglądy okresowe są odpłatne.**

Oddano do użytkowania sprzęt sprawny technicznie

.....
Podpis i pieczątka

www.medbon.pl

DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO